


采购需求表（货物类）

项目名称：心电图机		采购部门：医学工程科	
资格要求	合格投标人的资格条件： ☐ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件； ☐ 联合体投标； ☐ 不得分包或转包； ☐ 兼投兼中； ☐ 兼投不兼中； ☐ 是否专门面向中小企业 投标人还要满足的其它资格条件：		
预算及最高限价	预算金额：4.96万元/台 最高限价（如有）：		
付款方式	验收合格后，一年内支付		
交货时间	合同签订后二周交付使用		
交货地点	锦州市中心医院		
采购内容	心电图机，一台		
技术参数	1. ECG输入通道：12导联同步采集，全面兼容9导联 2. 导联选择：手动、自动 3. 输入阻抗： $\geq 90M \Omega$ 4. 频率响应：0.01~450Hz 5. 耐极化电压： $\geq \pm 900 \text{ mV}$ 6. 共模抑制比： $\geq 114\text{dB}$ 7. A/D转换：24 位 8. 采样率： $\geq 16000\text{Hz}$ 9. 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV 10. 自动诊断功能：具有自动测量功能和自动诊断功能 11. 设备内置存储器，可存储病历 ≥ 800 例 12. ≥ 10 英寸屏，高清彩色液晶屏显示 13. 可设置屏幕背景网格显示 14. 打印方式：实时同步或连续12导心电图波形 15. 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作 ≥ 3 小时 16. 左右手电极反转检测提示 17. 机器具有记录比较功能，支持对采集波形的放大功能 18. 机器能自动识别QRS波异常的波形，并用颜色将异常波形进行标记 19. 机器具有导联信号检测功能，能对每个导联信号质量、导联脱落等几种状态进行提示 20. 支持多种文件格式的输出，心电数据可以通过网线、WIFI传输至PC软件，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。		
质保期			
核心产品	采购多项产品需选一个作为核心产品		
售后服务	三年		
其他	需有评分要求另附件		

采购部门负责人： 
 主管院长： 
 日期：2026.7.2